



Při **nevyhovující kvalitě primárního vzorku** např.:

- vzorek o objemu, který neodpovídá předepsaným požadavkům
- po více než 72 hod od odběru (s výjimkou mykologického vyšetření kožního materiálu)
- bez zajištění odpovídajících podmínek transportu
- prázdná odběrová souprava
- materiál v nestandardní odběrové soupravě (např. nesterilní)
- apod.

se vyšetření neprovádí.

Při **nevyhovující kvalitě krevního séra**

- hemolytické sérum
- chylózní sérum
- ikterické sérum
- zkalené sérum apod.

se vyšetření provádí, pokud je to možné.

Vždy je u výsledku uvedeno, že nevhodná kvalita zaslání vzorku může negativně (nestandardně) ovlivnit nebo zkreslit hodnotu výsledku vyšetření.

Žadatel obdrží informaci o odmítnutí biologického materiálu s nevyhovující kvalitou formou výsledkového listu.

Pokud laboratoř na přání žadatele vyšetření provede, je zákazník upozorněn na omezenou validitu vyšetření.

Je-li doručen vzorek **v množství, které neumožňuje provést všechna požadovaná vyšetření**, kontaktuje pracovník laboratoře odesílajícího lékaře a po dohodě s ním stanoví další postup a priority vyšetření.