



## *Neisseria gonorrhoeae*

NÁZEV VYŠETŘENÍ	METODA	ODBĚROVÝ MATERIÁL (PRIMÁRNÍ VZOREK)	PROVÁDÍ SE	DOBA ODEZVY	REFERENČNÍ ROZMEZÍ	KONTAKT
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	hybridizace DNA (HCI)	spec. výtěr z cervixu, uretry, spojivky	3 x týdně	1 - 3 dny	pozitivní: číselná hodnota	OV 596 200 311 334
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> (DNA) PCR	PCR	moč, výtěr	dle potřeby	3 dny	kvalitativní hodnocení: POZITIVNÍ/negativní	OV 596 200 241 265