



NÁZEV VYŠETŘENÍ	METODA	ODBĚROVÝ MATERIÁL (PRIMÁRNÍ VZOREK)	PROVÁDÍ SE	DOBA ODEZVY	REFERENČNÍ ROZMEZI	KONTAKT
Protilátky proti pneumokokovému kapsidovému polysacharidu	ELISA	srážlivá krev (sérum)	dle potřeby	14 dnů	Výrobce deklarovaná minimální ochranná hladina protilátek je 40 mg/l. Test je určen pro hodnocení imunity vůči <i>S. pneumoniae</i> a odpovědi na polysacharidovou vakcínu.	OV 596 200 232 225
<i>Streptococcus pneumoniae</i> antigen	CLIA	moč	denně	do druhého dne	Index positivity <1 negativní Index positivity >1 POZITIVNÍ	OV 596 200 232 225
<i>Streptococcus pneumoniae</i> antigen	IMCH	moč	po-pá statim po 15:00 so statim po 12:00	do druhého dne	Kvalitativní hodnocení	OV 596 200 232 225