



NÁZEV VYŠETŘENÍ	METODA	ODBĚROVÝ MATERIÁL (PRIMÁRNÍ VZOREK)	PROVÁDÍ SE	DOBA ODEZVY	REFERENČNÍ ROZMEZÍ	KONTAKT
Parvovirus B-19 (5. nemoc)	ELISA IgG, IgM	srážlivá krev (sérum) nebo likvor na sérologické vyšetření	1 x týdně	2 - 10 dnů	ELISA: Index pozitivivity (IP): negativní: <0,9 hraniční: 0,9-1,1 pozitivní: >1,1	OV 596 200 342 334, 422
Parvovirus B-19 (DNA) PCR	PCR	výtěr z nosu/nosohltanu, nesrážlivá krev EDTA (plazma), plodová voda	dle potřeby (statim)	3 dny	kvantitativní hodnocení: negativní: 0 počet kopií/mlslabě pozitivní: <500 cp/ml pozitivní: 500 a více cp/ml	OV 596 200 241 265
Morbilli v. (1. nemoc)	KFR, ELISA ELFA IgG, IgM	srážlivá krev (sérum) nebo likvor na sérologické vyšetření	1 x týdně	2 - 10 dnů	KFR (titr): K/L negativní: <4 / <1 hraniční: 4+ / 1+ pozitivní: ≥4 / ≥1 ELISA: Index pozitivivity (IP): negativní: <0,9 hraniční: 0,9-1,1 pozitivní: >1,1	OV 596 200 342 334, 422
Morbilli v. (RNA) PCR	RT-PCR	výtěr z nosu/nosohltanu, moč, nesrážlivá krev EDTA (plazma)	1 x týdně	3 dny	kvalitativní hodnocení: POZITIVNÍ/negativní	OV 596 200 241 265
Rubeola v. (3. nemoc)	ELISA IgG, IgM IgG avidita	srážlivá krev (sérum) nebo likvor na sérologické vyšetření	1 x týdně	2 - 10 dnů	ELISA: Index pozitivivity (IP): negativní: <0,9 hraniční: 0,9-1,1 pozitivní: >1,1 AVIDITA(%): negativní: >60 (vysoká) hraniční: 40-60 pozitivní: <40 (nízká)	OV 596 200 342 334, 422
Parotitis v.	KFR, ELISA IgG, IgM IgA	srážlivá krev (sérum) nebo likvor na sérologické vyšetření	1 x týdně	2 - 10 dnů	KFR (titr): K/L negativní: <4 / <1 hraniční: 4+ / 1+ pozitivní: ≥4 / ≥1 ELISA: Index pozitivivity (IP): negativní: <0,9 hraniční: 0,9-1,1 pozitivní: >1,1	OV 569 200 342 334, 422
Herpes hominis v. typ 6 (DNA) PCR	PCR	výtěr z nosu/nosohltanu, nesrážlivá krev EDTA (plazma), likvor	dle potřeby (statim)	3 dny	kvantitativní hodnocení: negativní: 0 cp/ml slabě pozitivní: < 600 cp/ml pozitivní: 600 a více cp/ml	OV 596 200 241 265
Parotitis v. (RNA) PCR	RT-PCR	výtěr z bukalní sliznice, sliny, moč, likvor	dle potřeby (statim)	3 dny	kvalitativní hodnocení: POZITIVNÍ/negativní	OV 596 200 241 265