



NÁZEV VYŠETŘENÍ	METODA	ODBĚROVÝ MATERIÁL (PRIMÁRNÍ VZOREK)	PROVÁDÍ SE	DOBA ODEZVY	REFERENČNÍ ROZMEŽÍ	KONTAKT
Anti-HCV	CMA CLIA	srážlivá krev (sérum)	denně Neděle - statim do 13:00	následující pracovní den	index positivity + hodnocení	OV 596 200 316, 346 225
HCV (RNA) PCR	RT-PCR	srážlivá krev (sérum), nesrážlivá krev EDTA (plazma)	dle potřeby	3 dny	kvantitativní hodnocení: negativní: 0 IU/ml slabě pozitivní: < 50 IU/ml, do 2E+03 IU/ml pozitivní: nad 2E+03 IU/ml	OV 596 200 241 265
HCV genotypizace	RT-PCR	srážlivá krev (sérum), nesrážlivá krev EDTA (plazma)	dle potřeby	1 týden	určení genotypů 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 4, 5, 6	OV 596 200 241 265