

název vyšetření	metoda	odběrový materiál (primární vzorek)	provádí se	min. doba odezvy	referenční rozmezí	kontakt
BK virus (DNA) PCR	PCR	EDTA (plazma) moč	1x týdně	2 - 5 dnů	kvantitativní hodnocení: negativní: 0 počet cp/ml slabě pozitivní: < 500 cp/ml pozitivní: 500 a více cp/ml	OV 596 200 241 266
JC virus (DNA) PCR	PCR	likvor	1 x týdně (dle potřeby)	3 - 7 dnů	kvalitativní hodnocení POZITIVNÍ/negativní	OV 596 200 241 266