

název vyšetření	metoda	odběrový materiál (primární vzorek)	provádí se	min. doba odezvy	referenční rozmezí	kontakt
Calprotectin 30 - 300 ug/g 100 - 1800 ug/g	ELISA	stolice	2x týdně	do týdne	kvantita (ug/g) + hodnocení <50 ug/g negativní 50 - 150 ug/g hraniční >150 pozitivní	OV 596 200 249 225